

AllerSnap

Rapid Protein Residue Test

Part No. ALS-100 (100 tests)



Description/ Intended Use:

AllerSnap is a ready-to-use, high-sensitivity, rapid test for detection of protein residues on surfaces after cleaning. AllerSnap will turn from green to purple if protein is present in a sample. The more protein collected in a sample, the quicker and darker the color change. AllerSnap is intended to be used for rapid verification of surface cleanliness. AllerSnap will also detect other reducing substances such as simple sugars, tannin and ascorbic acid.

Note: AllerSnap is designed to detect invisible/trace amounts of residue. Overloading the swab with physical matter by swabbing a visibly dirty surface will inhibit the reaction and produce inaccurate results.

Required Materials:

- Incubator set at 37 °C or 55 °C
- Timer

Directions:

Instructional Video: www.youtube.com/HygienaTV

1. Allow AllerSnap to equilibrate to room temperature (21 – 25 °C) before use. Holding swab tube firmly, twist and pull top of swab out of swab tube. Condensation may be visible on inside of swab tube; this is normal. Swab tip is pre-moistened for maximum sample collection. Thoroughly swab a standard 10 x 10 cm (4 x 4 inches) area for a typical flat surface. For irregular surfaces, ensure swabbing technique remains consistent for each test and swab a large enough area to collect a representative sample.

Important swabbing technique tips:

- Do not touch swab or inside of sample device with fingers.
- Rotate swab while collecting sample to maximize sample collection on swab tip.
- Apply sufficient pressure to create flex in swab shaft.
- Swab in a crisscross pattern vertically, horizontally, and in both diagonal directions.

Refer to instructional video for demonstration:


www.youtube.com/HygienaTV

2. After swabbing, replace swab back in swab tube.
3. To activate device, hold swab tube firmly and use thumb and forefinger to break Snap-Valve by bending bulb forward and backward. Squeeze bulb twice, expelling all liquid down swab shaft.
4. Bathe swab bud in liquid by shaking for 5 – 10 seconds.
5. Incubate at 37 °C for 30 minutes or 55 °C for 15 minutes.
6. After time is complete, compare color of AllerSnap reagent against color chart on tube label and record result. Refer to Interpretation of Results below.

Interpretation of Results:

Color of AllerSnap solution and time in which color change takes place will indicate protein residue levels in sample. By comparing color of solution against chart on AllerSnap tube label, an estimate of surface cleanliness can be made. There is no need to continue incubation if color changes to purple before test time is complete.

- Green = Pass result. Clean, no further action required.
- Grey = Caution. Small amount of residue present; Re-test, re-rinse, or re-clean, depending on protocol.
- Purple = Fail result. Re-clean and re-test.



Caution:

At very low levels of protein, when color intensity is weak (grey), care should be taken when interpreting results. Background color of AllerSnap develops more rapidly at 55 °C which could be misinterpreted as a positive result for protein; careful interpretation is required. Green-grey or any green color should be regarded as a negative for protein, therefore, Pass result. Comparison with a negative control (activated without sample collection, incubated at same time and temperature) could also be conducted for reference.

Sensitivity:

- 37 °C for 30 minutes = 3 µg protein
- 55 °C for 15 minutes = 3 µg protein

Sanitizer Information:

Common sanitizers at normal concentrations do not cause interference or false-positives. High concentrations of alkaline sanitizers may cause false-negative results in some cases. Peroxide based disinfectants can cause a false-positive color change reaction. It is best practice to wait appropriate time after sanitizing before testing a surface with AllerSnap. Sanitation is usually a two-step process involving detergent cleaning and subsequent (optional) disinfection. To ensure best results, collect AllerSnap sample after detergent and rinsing steps, but prior to any terminal disinfection. Product residues left on a surface after detergent cleaning reduces effectiveness of disinfection. Testing prior to disinfection prevents wasted chemicals and time and ensures optimum test performance in a food safety program. If testing prior to disinfection/sanitization is not possible, observe proper dwell time before using AllerSnap.

Storage & Shelf Life:

- Store at 2 – 25 °C (36 – 77 °F)
- Devices have an 18 month shelf life. Check expiration date on label.

Disposal:

AllerSnap devices are made of 100% recyclable plastic and may be discarded accordingly.

Safety & Precautions:

- Components of AllerSnap do not pose any risk to health when used in accordance with standard laboratory practices and procedures in this insert.
- For further safety instruction, refer to Safety Data Sheet (SDS).

Hygiena Liability:

Hygiena will not be liable to user or others for any loss or damage whether direct or indirect, incidental or consequential from use of this device. If this product is proven to be defective, Hygiena's sole obligation will be to replace product or at its discretion, refund the purchase price. Promptly notify Hygiena within 5 days of discovery of any suspected defect and return product to Hygiena. Please contact Customer Service for a Returned Goods authorization number.

Contact Information:

If more information is required, please visit us at www.hygiena.com or contact us at:

Hygiena — Americas
Phone: 1.805.388.8007
Fax: 1.805.388.5531
Email: info@hygiena.com

Hygiena — International
Phone: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
Email: enquiries@hygiena.com

AllerSnap

Prueba rápida de residuos de proteínas

Número de pieza ALS-100 (100 pruebas)



Descripción / Aplicaciones:

AllerSnap es un dispositivo de prueba rápido de alta sensibilidad y listo para usar para la detección de residuos de proteínas en superficies después de su limpieza. AllerSnap cambiará de verde a púrpura si una muestra contiene proteínas. Cuantas más proteínas haya en una muestra, más rápido será el cambio de color y más oscuro será este. AllerSnap está hecho para usarse en la verificación rápida de la limpieza de superficies.

AllerSnap también detectará otras sustancias reductoras tales como azúcares simples, taninos y ácido ascórbico.

Nota: AllerSnap está diseñado para detectar cantidades invisibles/vestigios de residuos. Si se sobrecarga el hisopo con materia física pasándolo sobre una superficie visiblemente sucia, se inhibirá la reacción y se obtendrán resultados imprecisos.

Materiales necesarios:

- Incubadora configurada a 37 °C o 55 °C
- Temporizador

Instrucciones:

Video con las instrucciones: www.youtube.com/HygienaTV

1. Deje equilibrar el dispositivo AllerSnap a temperatura ambiente (21 – 25 °C) antes de usarlo. Sostenga firmemente el tubo con el hisopo, gire y retire el hisopo del tubo hacia arriba. Es posible que observe que el interior del tubo con el hisopo está condensado; esto es normal. La punta del hisopo está prehumedecida para recolectar la mayor cantidad posible de muestra. Pase el hisopo por un área estándar de 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas) para una superficie plana típica. En superficies irregulares, asegúrese de que la técnica de hisopado siga siendo uniforme para cada prueba y pase el hisopo por un área lo suficientemente grande para recolectar una muestra representativa.

Consejos importantes sobre la técnica de hisopado:

- No toque el hisopo o el interior del dispositivo para muestras con los dedos.
- Gire el hisopo mientras toma la muestra a fin de recolectar la mayor cantidad posible de muestra con la punta del hisopo.
- Ejercer suficiente presión para doblar el mango del hisopo.
- Pase el hisopo en forma entrecruzada, es decir, de manera vertical, horizontal y diagonal en ambas direcciones.


Consulte el video con las instrucciones para ver una demostración: www.youtube.com/HygienaTV

2. Después de pasar el hisopo sobre la superficie, vuelva a colocarlo en el tubo.
3. Para activar el dispositivo, sostenga firmemente el tubo con el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo pulgar e índice inclinando el bulbo hacia adelante y atrás. Apriete la punta del hisopo dos veces, eliminando todo el líquido por el mango del hisopo.
4. Sumerja la punta redondeada del hisopo en líquido y agite entre 5 y 10 segundos.
5. Incube a 37 °C por 30 minutos o a 55 °C por 15 minutos.
6. Después de que se cumpla el tiempo, compare el color del reactivo de AllerSnap con la tabla de colores en la etiqueta del tubo y registre el resultado. Consulte la sección Interpretación de resultados a continuación.

Interpretación de resultados:

El color de la solución de AllerSnap y el tiempo en el que transcurre el cambio de color indicarán los niveles de residuos de proteínas en la muestra. Al comparar el color de la solución con la tabla de la etiqueta del tubo de AllerSnap, se puede realizar una estimación de la limpieza de la superficie. No es necesario continuar la incubación si el color cambia a púrpura antes de que se cumpla el tiempo de la prueba.

- Verde = Resultado Pasa. Limpio; no es necesario realizar ninguna acción.
- Gris = Precaución. Hay una pequeña cantidad de residuos; Vuelva a realizar la prueba, a enjuagar o a limpiar, según el protocolo.
- Púrpura = Resultado Falla. Vuelva a limpiar y a realizar la prueba.



Precaución:

A niveles muy bajos de proteínas, cuando la intensidad del color es muy débil (gris), se debe tener cuidado al interpretar los resultados. El color de fondo de AllerSnap se revela con más rapidez a 55 °C, lo cual puede interpretarse erróneamente como un resultado positivo para proteínas; por esto se debe realizar una interpretación con cuidado. El color verdoso-grisáceo o cualquier color verde debe considerarse como un resultado negativo para proteínas, por lo tanto, como un resultado Pasa. También se puede realizar la comparación con un control negativo (activado sin una recolección de muestra, incubado al mismo tiempo y a la misma temperatura) como referencia.

Sensibilidad:

- 37 °C por 30 minutos = 3 µg de proteínas
- 55 °C por 15 minutos = 3 µg de proteínas

Información sobre el desinfectante:

Los desinfectantes comunes en concentraciones normales no provocan interferencias o falsos positivos. Las altas concentraciones de desinfectantes alcalinos pueden provocar resultados falsos negativos en algunos casos. Los desinfectantes a base de peróxido pueden provocar una reacción de cambio de color con un falso positivo. La mejor práctica a seguir es esperar el tiempo adecuado después de desinfectar antes de analizar una superficie con AllerSnap. La desinfección, por lo general, es un proceso en dos pasos que implica la limpieza con un detergente y una desinfección (opcional) posteriormente. Para garantizar los mejores resultados, recolecte la muestra de AllerSnap después de los pasos del detergente y enjuague, pero antes de una desinfección final. Los residuos de productos que quedan en una superficie después de la limpieza con un detergente reducen la eficacia de la desinfección. Realizar la prueba antes de la desinfección evita el desperdicio de químicos y tiempo, y garantiza un óptimo desempeño de la prueba en un programa de seguridad alimentaria. Si no es posible realizar la prueba antes de la desinfección, asegúrese de respetar el tiempo de espera antes de usar AllerSnap.

Almacenamiento y vida útil:

- Almacenar a 2 – 25 °C.
- La vida útil de los dispositivos es de 18 meses. Consulte la fecha de vencimiento en la etiqueta.

Eliminación:

Los dispositivos AllerSnap están totalmente fabricados con plástico reciclable y pueden desecharse como tal.

Seguridad y precauciones:

- Los componentes del dispositivo AllerSnap no presentan ningún tipo de riesgo para la salud cuando se los utiliza de acuerdo con los procedimientos y las prácticas habituales de laboratorio que se indican en este prospecto.
- Para obtener más instrucciones sobre seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

Responsabilidad de Hygiena:

Hygiena no se responsabilizará ante el usuario o terceros por cualquier tipo de pérdida o daño, ya sea directo o indirecto, inherente o derivado del uso de este dispositivo. Si se demostrara que este dispositivo presenta algún tipo de defecto, la única obligación de Hygiena será el reemplazo del producto o, a su propio criterio, el reintegro del precio de compra. Informe a Hygiena de inmediato dentro de los 5 días de haber detectado cualquier supuesto defecto y devuelva el producto a Hygiena. Comuníquese con Atención al cliente para obtener un número de autorización para la devolución de mercaderías.

Información de contacto:

Si desea obtener más información, visítenos en www.hygiena.com o comuníquese con nosotros en:

Hygiena — América

Teléfono: 1.805.388.8007

Fax: 1.805.388.5531

Correo electrónico:

info@hygiena.com

Hygiena — Internacional

Teléfono: +44 (0)1923 818821

Fax: +44 (0)1923 818825

Correo electrónico:

enquiries@hygiena.com

AllerSnap

快速蛋白残留检测拭子

货号：ALS-100（100次检测）



说明/预期用途：

AllerSnap 是一种用于快速检测清洗后的表面蛋白质残留的即用型高灵敏度拭子。如果样本中含有蛋白质，AllerSnap 会从绿色变为紫色。样本中收集的蛋白质越多，颜色变化越快也越深。

AllerSnap 旨在用于表面清洁度的快速验证。

请注意：AllerSnap 旨在检测不可见的/痕量的残留物。通过涂抹看起来明显脏的表面而使该拭子的物质超载将抑制反应，并产生不准确的结果。

所需的材料：

- 设置在 37 °C 或 55 °C 的培养箱
- 定时器

使用方法：

操作视频：www.youtube.com/HygienaTV

1. 使用前应先将冷藏条件下的AllerSnap取出并恢复至室温（21–25 °C），然后紧握拭子管，旋转并将拭子顶部从管中拉出。拭子管的内部若有冷凝液属于正常现象。棉签头是预先润湿的，便于尽可能多地采集样本。对于典型的平坦表面，应充分涂抹 10 x 10 cm (4 x 4 in.) 的标准区域。对于不规则表面，请确保每次测试所使用涂抹方法的一致性并涂抹足够大的区域，以采集具有代表性的样本。

擦拭方法的重要提示：

- 请勿用手触摸拭子或采样装置的内部。
- 采样时应旋转拭子以便拭子头能够采集到尽可能多的样品。
- 应施加足够的压力使拭子杆弯曲。
- 可垂直、水平或对角方向纵横交错地涂抹。


请观看操作视频：www.youtube.com/HygienaTV

2. 涂抹后，将拭子放回拭子管中。
3. 激活拭子的方法是，紧握拭子管并用拇指和食指通过前后弯曲球阀将 Snap-Valve 阀折断。挤压球阀两次，将球阀内的液体沿着拭子杆向下全部排出。
4. 晃动5-10秒使液体浸湿拭子头。
5. 37 °C时孵育30分钟，55 °C时则孵育15分钟。
6. 时间结束后，比较 AllerSnap 试剂与试管标签上色卡的颜色，并记录结果。参考下方结果说明。

结果说明：

AllerSnap 溶液的颜色和其发生颜色变化的时间将表明样本的蛋白残留水平。通过比较溶液与 AllerSnap 试管标签上的颜色，可以对表面清洁度进行数值评估。如果在时间结束之前颜色即变为紫色，则没有必要再继续进行孵育。

- 绿色 = 合格结果。表示清洁，无需采取进一步的措施。
- 灰色 = 警告。含有少量的残留；根据试验方案，应进行再测试、再清洗或再清洁。
- 紫色 = 不合格结果。应重复清洁过程并重复测试。



警告：

在蛋白质水平非常低时，若颜色强度较弱（灰色），则应慎重解释结果。AllerSnap 的背景颜色在55 °C时显影更为快速，这可能会被误解为蛋白质的阳性结果；因此有必要做出谨慎的解释。灰绿色或任何绿颜色均应被视为蛋白质阴性结果，因而视为合格结果。也可作为参照而开展阴性对照（即未采集样本而激活，在相同的时间和温度下孵育）。

灵敏度：

- 37 °C达30分钟 = 3 µg蛋白
- 55 °C达15分钟 = 3 µg蛋白

消毒剂信息：

正常浓度下的常用消毒剂不会造成干扰或阳性误报。高浓度的碱性消毒剂可能在某些情况下会导致假阴性的结果。基于过氧化物的消毒剂会引起假阳性的颜色变化反应。这是消毒后采用AllerSnap测试表面前等待合适时间的最佳做法。消毒通常是涉及洗涤剂清洗和随后（可选的）消毒的两个步骤的过程。为了确保得到最佳的结果，可在洗涤剂和漂洗步骤后收集 AllerSnap 样本，但应在任何终末消毒之前进行。洗涤剂清洗后表面上遗留的产品残留物会减少消毒的效果。消毒前的测试能够防止浪费化学品和时间，并确保食品安全计划过程中的最佳测试性能。如果消毒/卫生清洁前无法进行测试，则在使用 AllerSnap之前应遵守适当的采样时间。

储存条件及有效期：

- 保存在 2 - 25 °C
- 拭子的保质期为 18 个月。请检查标签上的有效期。

废品处理：

AllerSnap 拭子使用 100%可回收塑料制成，可按照此类物品处理。

安全注意事项：

- 当按照本说明中的标准实验室规范和程序使用 AllerSnap 拭子时，不会造成任何健康风险。
- 更多安全须知，请参考安全资料表（SDS）。

Hygiena 的法律责任：

Hygiena 公司对用户或其他任何人由于使用本拭子而造成的直接或间接的、偶然或从属发生的任何损失或损伤，均不承担责任。若证实此产品存在缺陷，Hygiena 公司的唯一责任是更换产品或酌情退还货款。若发现疑似缺陷请于 5 天内及时通知 Hygiena 公司并将产品退还 Hygiena 公司。有关退货授权号码，请联系客户服务部。

联系方式：

如需更多信息，请登录 www.hygiena.com 查询或以下列方式联系我们：

Hygiena - 美国

电话：1.805.388.8007
传真：1.805.388.5531
邮箱：info@hygiena.com

Hygiena - 国际

电话：+44 (0)1923 818821
传真：+44 (0)1923 818825
邮箱：enquiries@hygiena.com

AllerSnap

Экспресс-тест на остаточное количество белка
Номер по каталогу: ALS-100 (100 тестов)



Описание/Предназначение:

Готовое к использованию устройство AllerSnap — высокочувствительный экспресс-тест для выявления остатков белка на поверхностях после санитарной обработки. Цвет теста AllerSnap будет меняться от зеленого до пурпурного при наличии в образце белка. Чем выше содержание белка в пробе, тем быстрее меняется и темнеет цвет. Устройство AllerSnap предназначено для быстрого определения чистоты поверхности.

Тест AllerSnap также определит остатки других веществ, таких как простой сахар, танин и аскорбиновая кислота.

Примечание: устройство во AllerSnap разработано для обнаружения невидимых/следовых количеств остатков. Чрезмерное загрязнение тампона остатками органическими веществами в результате забора пробы с явно грязной поверхностью и затормозит реакцию и даст недостоверные результаты.

Требуемые материалы:

- Инкубатор с температурой 37 °C или 55 °C
- Таймер

Инструкции:


Видео-инструкция: www.youtube.com/HygienaTV

1. Перед началом процедуры позвольте тесту AllerSnap принять комнатную температуру (21 – 25 °C). Крепко удерживая пробирку, поверните тампон и вытащите его из пробирки. Допустимо наличие конденсата внутри пробирки. Конец тампона специально предварительно увлажнен, чтобы собрать максимальное количество остаточного вещества. Тщательно проведите тампоном по плоской поверхности, охватив площадь размером 10 x 10 см (4 x 4 дюйма). Для нетипичных поверхностей: убедитесь, что для каждого теста техника отбора проб одинакова, и охватите достаточно большую площадь, чтобы в результате отобрать репрезентативную пробу. Важные рекомендации по технике отбора проб:
 - Не прикасайтесь к тампону и внутренней поверхности пробирки.
 - При отборе пробы вращайте тампон, чтобы собрать как можно больше пробы на кончике тампона.
 - Надавливайте с такой силой, чтобы стрелка тампона изогнулась.
 - Проводите тампоном вдоль и поперек, вертикально и горизонтально, а также по диагонали в оба направления.
2. Смотрите видео-инструкцию: www.youtube.com/HygienaTV
3. После отбора пробы верните тампон в пробирку.
4. Для активации устройства крепко удерживайте пробирку и при помощи большого и указательного пальцев надломите Snap-Valve, толкая колпачок вперед-назад. Дважды сожмите пальцами колпачок - выделенная жидкость потечет по тампону.
5. Намочите тампон в жидкости, встряхивая в течение 5 - 10 секунд.
6. Выдерживайте в инкубаторе при 37 °C в течение 30 минут или при 55 °C в течение 15 минут.
7. После окончания времени выдерживания в инкубаторе сравните цвет реактива по цветовой таблице теста AllerSnap на ярлыке пробирки и задокументируйте результат. Интерпретацию результатов см. ниже.

Интерпретация результатов:

Цвет раствора AllerSnap и время, за которое происходит смена цвета, обозначит уровень остатков белка в образце. Сравнив цвет раствора по таблице на ярлыке пробирки AllerSnap, можно провести оценку чистоты поверхности. Если цвет сменился на пурпурный до завершения теста, нет необходимости продолжать инкубацию.

- Зеленый = тест пройден. Чисто, дополнительных процедур не требуется.
- Серый = Внимание! Присутствует небольшое остаточное количество. Проведите повторный тест, повторно промойте или вычистите в зависимости от протокола.
- Пурпурный = тест не пройден. Требуется повторная очистка и повторное тестирование.



Внимание!

При очень низком уровне белка, когда интенсивность цвета слабая (серый цвет), интерпретацию результатов нужно выполнять очень внимательно. Поскольку фоновый цвет теста AllerSnap проявляется быстрее при 55 °C, что может быть ложно интерпретировано в качестве положительной реакции на белок, необходима тщательная интерпретация. Серо-зеленый или любой зеленый цвет следует считать признаком негативной реакции на белок, а тест — пройденным. В качестве проверки также может выполняться сравнение с отрицательной контрольной пробой (активирование теста без отбора пробы и выдерживание в инкубаторе то же самое время при той же самой температуре).

Чувствительность:

- 37 °C в течение 30 минут = 3 мкг белка
- 55 °C в течение 15 минут = 3 мкг белка

Информация о дезинфекции:

Обычные дезинфицирующие средства нормальной концентрации не приведут к ложно-положительному результату или помехам. В некоторых случаях высокая концентрация щелочных дезинфицирующих средств может вызвать ложный негативный результат. Дезинфицирующие средства на основании перекиси водорода могут привести к ложно-положительной реакции смены цвета. После дезинфекции рекомендуется подождать установленное время перед тестированием поверхности тестом AllerSnap. Обычно процесс дезинфекции осуществляется в два этапа и включает в себя очистку моющим средством и (опционально) последующую дезинфекцию. Для обеспечения наилучших результатов соберите образец AllerSnap после очистки моющими средствами и их смывания, но до любой заключительной дезинфекции. Остатки на поверхности после очистки моющими средствами снижают эффективность дезинфекции. Тестирование до дезинфекции сохранит от потери времени и реактивов и обеспечит оптимальное функционирование теста в рамках программы безопасности пищевых продуктов. Если тестирование до этапа дезинфекции или санитарной обработки невозможно, определите необходимое время выжидания до использования теста AllerSnap.

Хранение и срок годности:

- Хранить при 2 – 25 °C
- Срок хранения устройства 18 месяцев. Смотрите срок годности на маркировке.

Утилизация:

Тесты AllerSnap сделаны из 100% перерабатываемого пластика и могут быть утилизированы соответствующим образом.

Меры предосторожности:

- Компоненты AllerSnap не представляют угрозы для здоровья при условии использования согласно стандартной лабораторной практике и процедурам, описанным в настоящем вкладыше.
- Подробную информацию о технике безопасности смотрите в паспорте безопасности (ПБ).

Ответственность компании Hygiena:

Компания Hygiena не несет ответственности перед пользователями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, причиненный в результате использования данного изделия. В случае, если изделие окажется неисправным, ответственность компании Hygiena ограничивается исключительно заменой изделия или, по своему усмотрению, возвратом суммы, уплаченной за него. Сообщите компании Hygiena об обнаруженной неисправности в течение 5 дней и верните изделие в компанию Hygiena. Свяжитесь со Службой поддержки клиентов для получения номера разрешения для возврата товара.

Контактная информация:

Более подробную информацию можно найти на нашем веб-сайте www.hygiena.com или связавшись с нами:

Hygiena — Америка
Тел: 1.805.388.8007
Факс: 1.805.388.5531
Email: info@hygiena.com

Hygiena — международный
Тел: +44 (0)1923 818821
Факс: +44 (0)1923 818825
Email: enquiries@hygiena.com

AllerSnap

Teste Rápido de Resíduos de Proteína

Nº Peça: ALS-100 (100 testes)



Descrição/aplicação:

O AllerSnap é um teste rápido de alta sensibilidade e pronto para usar para a detecção de resíduos de proteína em superfícies após a limpeza. O AllerSnap mudará de verde para roxo se houver proteína presente em uma amostra. Quanto maior a quantidade de proteína coletada em uma amostra, mais rápida e mais escura será a mudança de cor. O AllerSnap foi concebido para ser usado para a verificação rápida do nível de limpeza de uma superfície.

O AllerSnap também detectará outras substâncias redutoras, como açúcares simples, tanino e ácido ascórbico.

Observação: O AllerSnap foi projetado para detectar vestígios/quantidades invisíveis de resíduos. Sobrecarregar o swab com matéria física esfregando uma superfície visivelmente suja inibirá a reação e produzirá resultados inexatos.

Materiais necessários:

- Incubadora ajustada a 37 °C ou 55 °C
- Temporizador

Instruções:

Video Tutorial: www.youtube.com/HygienaTV

1. Permita que o AllerSnap atinja a temperatura ambiente (21-25 °C) antes do uso. Segurando o tubo do swab firmemente, gire e puxe a parte superior do swab para fora do tubo. É normal haver condensação visível dentro do tubo do swab. A ponta do swab vem pré-umedecida para maximizar a coleta da amostra. Esfregue bem uma área padrão de 10 x 10 cm (4 x 4 polegadas) de uma superfície plana típica. Em superfícies irregulares, garanta que a técnica de esfregação aplicada seja consistente em cada teste e cubra uma área grande o bastante para que a amostra coletada seja significativa.

Dicas importantes de técnica de esfregação:

- Não encoste os dedos no swab nem no interior do dispositivo de amostra.
- Gire o swab ao coletar a amostra para maximizar a coleta de amostra na ponta do swab.
- Aplique pressão suficiente para tornar flexível a haste do swab.
- Passe o swab em padrão cruzado verticalmente, horizontalmente e nas duas direções diagonais.

Assista ao vídeo tutorial para ver uma demonstração:


www.youtube.com/HygienaTV

2. Após a esfregação, coloque o swab de volta no tubo.
3. Para ativar o dispositivo, segure o tubo do swab firmemente e use o polegar ou o dedo indicador para quebrar a Snap-Valve, dobrando o bulbo para a frente e para trás. Aperte o bulbo duas vezes, expelindo todo o líquido para baixo na haste do swab.
4. Banhe a cabeça do swab no líquido agitando de 5 a 10 segundos.
5. Incube a 37 °C por 30 minutos ou a 55 °C por 15 minutos.
6. Decorrido esse tempo, compare a cor do reagente no AllerSnap com o gráfico de cores no rótulo do tubo e registre o resultado. Consulte a seção "Interpretação dos resultados", abaixo.

Interpretação dos resultados

A cor da solução no AllerSnap e o tempo para a mudança de cor indicarão os níveis residuais de proteína na amostra. Comparando-se a cor da solução com o gráfico no rótulo do tubo do AllerSnap, é possível fazer uma estimativa do nível de limpeza da superfície. Não será necessário continuar a incubação se a cor mudar para roxo antes do tempo de teste ser atingido.

- Verde = resultado Aprovado. Limpo, dispensa outras ações.
- Cinza = cuidado. Pequena quantidade de resíduo presente; teste novamente, reenxágue ou limpe outra vez, dependendo do protocolo.
- Roxo = resultado Reprovado. Limpe novamente e refaça o teste.



Cuidado:

Deve-se ter cautela ao interpretar os resultados quando a intensidade da cor for fraca (cinza), na presença de níveis muito baixos de proteína. A cor de fundo do AllerSnap se desenvolve mais rapidamente a 55 °C, o que pode ser erroneamente interpretado como um resultado positivo para proteína; deve-se ter cautela na interpretação. Uma cor verde acinzentada ou qualquer cor verde deve ser vista como resultado negativo para proteína; logo, como resultado Aprovado. A título de referência, também se poderia realizar uma comparação com um controle negativo (ativado sem a coleta de amostra, incubado ao mesmo tempo e à mesma temperatura).

Sensibilidade:

- 37 °C por 30 minutos = 3 µg de proteína
- 55 °C por 15 minutos = 3 µg de proteína

Informações sobre produtos desinfetantes:

Produtos desinfetantes comuns a concentrações normais não causam interferência ou falso-positivos. Altas concentrações de produtos desinfetantes alcalinos podem causar resultados falso-positivos em certos casos. Desinfetantes à base de peróxidos podem causar uma reação de mudança de cor falso-positiva. É uma boa prática aguardar o tempo apropriado após a desinfecção antes de testar uma superfície com o AllerSnap. Normalmente, a higienização é um processo em duas etapas que envolve limpeza com detergente e subsequente desinfecção (opcional). Para assegurar os melhores resultados, colete a amostra para o AllerSnap após as etapas de detergente e enxágue, mas antes da desinfecção final, se houver. Os resíduos de produtos deixados em uma superfície após a limpeza com detergente reduzem a eficácia da desinfecção. Testar antes de desinfetar evita o desperdício de tempo e de produtos químicos e garante o desempenho ideal do teste em um programa de segurança alimentar. Se não for possível testar antes da desinfecção/higienização, observe o tempo de espera apropriado antes de usar o AllerSnap.

Armazenamento e prazo de validade:

- Armazene a 2-25 °C
- Os dispositivos têm prazo de validade de 18 meses. Consulte a data de validade no rótulo.

Descarte:

Os dispositivos AllerSnap são feitos em plástico 100% reciclável e devem ser descartados de forma correta.

Segurança e precauções:

- Os componentes do AllerSnap não apresentam riscos à saúde quando usados de acordo com as práticas e procedimentos laboratoriais padrão descritos neste encarte.
- Para mais instruções sobre a segurança do produto, consulte a ficha de segurança (SDS - Safety Data Sheet).

Responsabilidade da Hygiena:

A Hygiena não poderá ser responsabilizada pelos usuários ou por outras pessoas por perdas ou danos, diretos ou indiretos, acidentais ou decorrentes do uso deste dispositivo. Em caso de dispositivo comprovadamente defeituoso, a Hygiena se compromete unicamente a substituir ou, a seu critério, reembolsar o valor de venda do dispositivo. Notifique a Hygiena sem demora, em até 5 dias após a detecção de qualquer suspeita de defeito, e devolva o produto à Hygiena. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter um número de autorização para devolução de mercadoria.

Informações para contato:

Se necessitar de mais informações, acesse www.hygiena.com ou entre em contato conosco:

Hygiena — Américas
Telefone: 1.805.388.8007
Fax: 1.805.388.5531
E-mail: info@hygiena.com

Hygiena — Internacional
Telefone: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com

AllerSnap

タンパク残渣迅速検査キット

型番: ALS-100 (100 本)



説明・用途:

AllerSnap はすぐに使えて、迅速に洗浄した表面のプロテイン残渣を検知できる高感度の検査キットです。AllerSnap はサンプルにタンパクが存在すると緑から紫に色を変えます。サンプル内により多くのタンパクが採取されているほど、色の変化が速く、濃くなります。AllerSnap は表面の清浄度を迅速に確認するため使用されます。

AllerSnap は単糖、タンニン、アスコルビン酸など他の還元物質も検出します。

注: AllerSnap は目に見えない/微量の残渣を検出するように設計されています。目に見える汚れた表面をふき取ってスワブに物質が付き過ぎると、反応が妨げられ、正確な結果を得ることができません。

必要機材:

- インキュベータ (37 °C または 55 °C に設定)
- タイマー

測定手順:

使用方法の動画: www.youtube.com/HygienaTV

- AllerSnap を使用する前に、室温 (21 ~ 25 °C) になじませてください。スワブチューブをしっかりと手に持ち、キャップの頭をねじりながら、スワブチューブから抜き出します。スワブチューブ内に水滴のような凝結が見えることがあります。それは問題ありません。サンプルをできるだけ多く採取するために、スワブの先端をあらかじめ湿らせてあります。通常平らな検査表面の 10 x 10 cm (4 x 4 インチ) の領域をスワブでしっかりとふきます。変則的な表面の場合は、検査ごとにふき取り方が一定になるようにし、多くの表面をふき取って適切な量のサンプルを採取してください。

ふき取り時の重要な留意点:

- スワブまたは検査キットの内側を指で触らないでください。
- スワブの先端にできるだけ多くサンプルを採取するために、サンプルを採取しながらスワブを回転させてください。
- スワブが少し曲がる程度に圧力を加えてください。
- 検査領域の縦横まんべんなく、ふき取ってください。

測定手順の実演動画をご覧ください。


www.youtube.com/HygienaTV

- サンプルを採取したら、スワブをスワブチューブに戻してください。
- キットをアクティベートさせるには、スワブチューブをしっかりと手に持ち、上端部にあるプラスチック製の Snap-Valve が折れるまで、親指と人差し指を使ってバルブを前後に折り曲げます。バルブを2回つまんで絞り、液体試薬を残らずチューブの中に落とします。
- スワブの先を 5 ~ 10 秒間振って液体に浸けます。
- インキュベータに入れ、37 °C なら 30 分、55 °C なら 15 分培養します。
- 培養時間が完了したら、AllerSnap 試薬の色をチューブラベルのカラーチャートと比較して結果を記録します。下記の測定値の解釈を参照してください。

測定値の解釈:

AllerSnap の溶液の色と、色の変化にかかった時間はサンプル内のタンパク残渣レベルを示します。溶液の色を AllerSnap チューブのラベルのチャートと比較することで、表面の清潔さを推定することができます。検査時間が完了する前に色が紫色になった場合は、インキュベータでの培養を続ける必要はありません。

- 緑 = 合格。清潔であり、これ以上何もする必要はありません。
- 灰色 = 注意。少量の残渣が存在します - 実施要綱に従い再度検査、すすぎ、または洗浄します。
- 紫 = 不合格。再度洗浄して検査します。



注意:

タンパクがごく少量のレベルで、色の強度が弱い (灰色) の場合、結果を解釈する際に注意が必要です。AllerSnap の背景色は 55 °C でより迅速に展開するため、プロテイン陽性結果として解釈を誤りやすいため、注意深く解釈する必要があります。灰色がかった緑やその他の緑色はプロテイン陰性とは見なされるべきで、つまり合格と解釈されます。参考として陰性対照 (サンプルを採取せずアクティベートし、同じ時間と温度で培養したキット) との比較を実施することもできます。

感度:

- 37 °C で 30 分 = 3 µg のプロテイン
- 55 °C で 15 分 = 3 µg のプロテイン

清浄薬についての情報:

一般的な清浄薬を標準の濃度で使用した場合は干渉や誤検知を起こしません。高濃度のアルカリ清浄薬は一部のケースで誤検知を起こす可能性があります。過酸化水素ベースの消毒薬は色変化の誤検知反応を起こすことがあります。清浄薬を使用した後、AllerSnap で表面を検査する前に適切な時間を置くことがベストプラクティスとなります。衛生化は通常洗剤による洗浄とそれに続く (オプションの) 消毒の2つのステップを含むプロセスです。最適な結果を出すために、AllerSnap のサンプルを洗剤による洗浄とすすぎのステップの後、最終的な消毒の前に採取します。洗剤による洗浄後に表面に残る製品残渣は消毒の有効性を低減します。消毒前に検査することで、薬品と時間を有効活用し、食品安全性プログラムでの最適な検査性能を確実にします。消毒/衛生化の前に検査することが難しい場合は、AllerSnap を使用する前に適切な休止時間を遵守します。

保存条件と品質保持期間:

- 保存温度: 2 ~ 25 °C
- キットの品質保持期間は 18 か月です。ラベルの使用期限を確認してください。

廃棄:

AllerSnap は 100% 再利用可能なプラスチック製です。それに応じて廃棄してください。

安全と注意:

- 標準の試験所基準および本添付文書の手順にしたがって使用した場合、AllerSnap の部品が健康に危険を与えることはありません。
- 安全の手引きに関する詳細は、安全性データシート (SDS) をご覧ください。

Hygiena の賠償責任:

本製品の製造者 (Hygiena International Ltd) は、本製品の使用者またはその他の者に対し、本品の使用によって直接、間接、偶発的または必然的に生じた如何なる損害、喪失について責任を負いません。製品に不具合が認められた場合に本製品の製造者 (Hygiena) または販売者が負う義務は、製品の交換、あるいはその裁量に於いての返金を限度とします。不具合が疑われる場合には発見から 5 日以内に販売者または Hygiena にご連絡頂き、販売者または Hygiena まで返品をお願いいたします。その他については販売者にお問合せください。

お問合せ先:

さらにお知りになりたい方は、弊社ウェブサイト www.hygiena.com をご覧いただくか、下記までご連絡ください。

Hygiena — アメリカ合衆国
電話: 1.805.388.8007
Fax: 1.805.388.5531
Eメール: info@hygiena.com

Hygiena — インターナショナル
電話: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
Eメール: enquiries@hygiena.com

Beschreibung/Anwendung:

AllerSnap ist ein betriebsbereiter, hochempfindlicher Schnelltest zum Nachweis von Proteinrückständen auf Oberflächen nach der Reinigung. AllerSnap wechselt von grün zu lila, wenn sich Proteine in einer Probe befinden. Je mehr Protein in einer Probe gesammelt wird, desto schneller und dunkler ist der Farbwechsel. AllerSnap ist vorgesehen zur schnellen Überprüfung der Sauberkeit von Oberflächen.

AllerSnap erkennt außerdem andere Abbauprodukte, wie einfache Zucker, Tannin und Ascorbinsäure.

Hinweis: Das AllerSnap ist auf den Nachweis von unsichtbaren Mengen oder Spurenkonzentrationen von Resten ausgelegt. Wird der Tupfer mit Materie überladen, indem eine sichtbar verschmutzte Oberfläche abgewischt wird, wird die Reaktion gehemmt und die Ergebnisse werden ungenau.

Erforderliche Materialien:

- Inkubator auf 37 °C oder 55 °C
- Zeitmesser

Anweisungen:

Anleitungsvideo: www.youtube.com/HygienaTV

1. AllerSnap vor Gebrauch Raumtemperatur (21 bis 25 °C) annehmen lassen. Das Tupfer-Röhrchen festhalten und das Tupfer-Stick aus dem Röhrchen herausdrehen und -ziehen. Im Tupfer-Röhrchen kann Kondensflüssigkeit gebildet sein; dies ist normal. Die Spitze des Tupfers ist bereits befeuchtet, um eine optimale Probe zu erhalten. Bei einer typischen flachen Oberfläche gründlich eine Standardfläche von 10 x 10 cm (4 x 4 Zoll) mit dem Tupfer abwischen. Bei ungleichmäßigen Oberflächen sicherstellen, dass die Wischtechnik bei jedem Test die gleiche ist und einen ausreichend großen Bereich wischen, um eine repräsentative Probe zu erhalten.

Wichtige Tipps zur Wischtechnik:

- Weder den Tupfer noch das Innere des Probengeräts mit den Fingern berühren.
- Den Tupfer bei der Probennahme drehen, um möglichst große Probenmengen an der Tupferspitze aufzunehmen.
- Ausreichenden Druck ausüben, um eine Biegung des Tupferschafts zu erzeugen.
- Vertikal, horizontal und in beide diagonale Richtungen kreuz und quer wischen.

Siehe hierzu das Anleitungsvideo:


www.youtube.com/HygienaTV

2. Nach der Probennahme den Tupfer wieder in das Tupferrohr hineinschieben.
3. Zur Aktivierung des Tests das Röhrchen festhalten und den Snap-Valve-Stift mit Daumen und Zeigefingern durchbrechen, indem der Bulbus vor und zurück gebogen wird. Den Bulbus mehrmals zusammendrücken, damit sämtliche Flüssigkeit am Tupferschaft herablaufen kann.
4. Die Wattespitze des Tupfers mit Flüssigkeit benetzen, indem diese 5 – 10 Sekunden lang geschüttelt wird.
5. Inkubieren Sie bei 37 °C für 30 Minuten oder bei 55 °C für 15 Minuten.
6. Vergleichen Sie nach Ablauf der Zeit die Farbe der AllerSnap-Reagenzien mit der Farbtabelle auf dem Röhrchenetikett und dem Aufzeichnungsergebnis. Siehe Interpretation der Ergebnisse unten.

Interpretation der Ergebnisse:

Die Farbe der AllerSnap-Lösung und die Zeit, in der der Farbwechsel stattfindet, zeigt an, wie viel Proteinrückstände in der Probe sind. Durch den Vergleich von Lösung und Tabelle auf dem AllerSnap Röhrchenetikett kann die Sauberkeit der Oberfläche eingeschätzt werden. Es ist keine weitere Inkubation notwendig, wenn die Farbe vor Abschluss des Tests zu lila wechselt.

- Grün = Bestanden. Sauber, keine weitere Maßnahme erforderlich.
- Grau = Achtung. Kleine Menge Rückstände vorhanden, erneut testen, neu abspülen oder neu reinigen, abhängig vom Protokoll.
- Lila = Fehler. Erneut reinigen und erneut testen.



Achtung:

Bei sehr niedriger Proteinwerten, wenn die Farbintensität schwach (grau) ist, sollte bei der Interpretation der Ergebnisse vorsichtig vorgegangen werden. Die Hintergrundfarbe des AllerSnap entwickelt sich schneller bei 55 °C, was als positives Ergebnis für Protein fehlinterpretiert werden können; eine sorgfältige Interpretation ist erforderlich. Grün-grau oder jede grünliche Farbe sollte als negatives Ergebnis auf Protein angesehen und das Testergebnis als bestanden angesehen werden. Der Vergleich mit einer negativen Kontrolle (aktiviert durch Probensammlung, inkubiert mit der selben Zeit bei der selben Temperatur) kann auch als Referenz durchgeführt werden.

Empfindlichkeit:

- 37 °C für 30 Minuten = 3 µg Protein
- 55 °C für 15 Minuten = 3 µg Protein

Desinfektionsmitteldaten:

Handelsübliche Desinfektionsmittel verursachen bei normaler Konzentration keine Störungen oder falsch-positive Ergebnisse. Hohe Konzentration von alkalischen Desinfektionsmitteln können in einigen Fällen falsch-negative Ergebnisse verursachen. Auf Peroxid basierte Desinfektionsmittel können eine falsch-positive Farbänderungsreaktion verursachen. Sie sollten nach der Desinfektion am besten ausreichend lange warten, bevor Sie eine Oberfläche mit AllerSnap testen. Desinfektion umfasst normalerweise zwei Schritte, einmal mit Reinigungsmitteln und danach eine folgende (optionale) Desinfektion. Um das beste Ergebnis sicherzustellen, sammeln Sie die AllerSnap-Probe nach den Desinfektions- und Abspülschritten, aber vor der letzten Desinfektion. Produktrückstände, die nach der Reinigung auf der Oberfläche zurückbleiben, verringern die Effektivität der Desinfektion. Tests vor der Desinfektion verhindern verschwendete Chemikalien und Zeit und stellen optimale Testergebnisse in einem guten Nahrungsschutzprogramm sicher. Sind Tests vor der Desinfektion nicht möglich, achten Sie auf ausreichende Einwirkzeit, bevor Sie AllerSnap verwenden.

Lagerung und Haltbarkeit:

- Bei 2 – 25 °C lagern
- Die Geräte haben eine Lebensdauer von 18 Monaten. Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.

Entsorgung:

AllerSnap-Geräte sind aus 100% wiederverwertbarem Kunststoff hergestellt und dürfen entsprechend entsorgt werden.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen:

- Komponenten von AllerSnap stellen kein Risiko für die Gesundheit dar, wenn sie gemäß Standardlaborpraktiken und den in dieser Beilage aufgeführten Verfahren verwendet werden.
- Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hygiena-Haftung:

Hygiena ist gegenüber dem Benutzer und Dritten nicht für Verluste oder Schäden haftbar – weder für direkte noch indirekte, zufällige oder Folgeschäden – die aus der Verwendung dieses Gerätes entstehen. Wenn sich dieses Produkt als beschädigt erweist, liegt die alleinige Verpflichtung seitens Hygiena im Ersatz des Produktes, oder nach eigenem Ermessen, eine Gutschrift des Kaufpreises zu erteilen. Hygiena muss umgehend innerhalb von 5 Tagen nach Erkennen eines vermutlichen Schadens benachrichtigt und das Produkt muss an Hygiena zurückgesandt werden. Bitte an den Kundendienst wenden, um eine Rücksende-Genehmigungsnummer einzuholen.

Kontaktinformationen:

Für weitere Informationen bitte unter www.hygiena.com nachlesen oder Kontakt aufnehmen unter:

Hygiena – Amerika

Tel.: 1.805.388.8007
Fax: 1.805.388.5531
E-Mail: info@hygiena.com

Hygiena – International

Tel.: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-Mail: enquiries@hygiena.com

AllerSnap

Test rapide de résidu de protéine

N° de référence : ALS-100 (100 tests)



Description / Indications d'utilisation :

AllerSnap est un test rapide haute sensibilité, prêt à l'emploi pour la détection de résidus protéiniques sur les surfaces après le nettoyage. AllerSnap passe du vert au mauve si une protéine est présente dans un échantillon. Plus la quantité de protéine est élevée dans un échantillon, plus le changement de couleur est rapide et foncé. AllerSnap est prévu pour déterminer rapidement la propreté d'une surface.

AllerSnap détecte également d'autres substances réductrices comme des sucres simples, le tanin et l'acide ascorbique.

Remarque : AllerSnap est conçu pour détecter les quantités invisibles/traces de résidus. Le fait de surcharger l'écouvillon de matière physique en prélevant une surface visiblement sale empêchera la réaction bioluminescente et fournira des résultats imprécis.

Matériel nécessaire :

- Incubateur réglé à 37 °C ou 55 °C
- Minuteur

Mode d'emploi :

Vidéo de démonstration : www.youtube.com/HygienaTV

1. Avant l'utilisation, laisser le dispositif AllerSnap se stabiliser à température ambiante (21° - 25 °C). En tenant fermement l'étui de l'écouvillon, faire pivoter et tirer l'extrémité de l'écouvillon afin qu'il sorte du tube. Il est normal que de la condensation soit présente à l'intérieur du tube du tampon. L'extrémité du tampon est pré-humidifiée pour permettre une collecte optimale. Frotter soigneusement une zone standard de 10 x 10 cm (4 x 4 pouces) pour une surface plane normale. Pour les surfaces irrégulières, il faut s'assurer que la technique de prélèvement soit la même pour tous les tests et que le prélèvement se fasse sur une zone suffisamment grande afin que l'échantillon soit représentatif.

Conseils pratiques pour la technique de frottage :

- Ne pas toucher l'écouvillon ou l'intérieur du dispositif de l'écouvillon avec les doigts.
- Faire pivoter l'écouvillon lors de la collecte de l'échantillon afin d'optimiser le prélèvement sur l'extrémité de l'écouvillon.
- Appliquer une pression suffisante pour créer une flexion de l'écouvillon.
- Frotter en forme de croix, dans le sens vertical, horizontal et dans les deux diagonales.

Se référer à la vidéo de mode d'emploi pour la démonstration :


www.youtube.com/HygienaTV

2. Après le prélèvement, remettre l'écouvillon dans son étui.
3. Pour activer le dispositif, tenir fermement l'étui de l'écouvillon et utiliser le pouce et l'index pour rompre la Snap-Valve en tordant l'ampoule vers l'avant et l'arrière. Presser l'ampoule deux fois, en expulsant tout le liquide dans le tube.
4. Tremper l'extrémité de l'écouvillon dans le liquide en agitant pendant 5 - 10 secondes.
5. Incuber à 37 °C pendant 30 minutes ou 55 °C pendant 15 minutes.
6. Une fois le délai écoulé, comparer la couleur du réactif AllerSnap avec le tableau des couleurs sur l'étiquette du tube et consigner le résultat. Se reporter à l'interprétation des résultats ci-dessous.

Interprétation des résultats :

La couleur de la solution AllerSnap est la vitesse de changement de couleur déterminent les niveaux de résidus protéiniques dans la solution. En comparant la couleur de la solution avec le tableau sur l'étiquette du tube AllerSnap, il est possible d'estimer la propreté de la surface. Il n'est pas nécessaire de poursuivre l'incubation si la couleur passe au mauve avant la fin de la durée du test.

- Vert = Réussi. Propre, aucune autre action requise.
- Gris = Mise en garde. De petites quantités de résidus sont présentes, effectuer un nouveau test, effectuer un nouveau rinçage ou effectuer un nouveau nettoyage, selon le protocole.
- Mauve = Échec. Effectuer un nouveau nettoyage, puis un nouveau test.



Mise en garde :

À des niveaux de protéines très faibles, lorsque l'intensité de la couleur est faible (gris), il conviendra de faire attention lors de l'interprétation des résultats. La couleur de fond de l'AllerSnap se développe plus rapidement à 55 °C, ce qui pourrait être faussement interprété comme un résultat positif pour la présence de protéine ; l'interprétation se fera avec précaution. Vert-gris ou toute nuance de gris sera considérée comme négatif pour la présence de protéine, donc un test réussi. La comparaison avec un contrôle négatif (activé sans collecte d'échantillon, incubé pendant une durée et à une température identiques) peut également être réalisée à titre de référence.

Sensibilité :

- 37 °C pendant 30 minutes = 3 µg de protéines
- 55 °C pendant 15 minutes = 3 µg de protéines

Informations relatives aux désinfectants :

Les désinfectants courants à des concentrations normales ne provoquent aucune interférence ni faux-positif. Des concentrations élevées de désinfectants alcalins peuvent donner des résultats faux-négatifs dans certains cas. Les désinfectants à base de peroxyde peuvent provoquer un changement de couleur faux-positif. La meilleure pratique consiste à attendre le délai approprié après la désinfection avant de tester une surface avec l'AllerSnap. Généralement, la désinfection se déroule en deux étapes impliquant un nettoyage par détergent, puis une désinfection (facultative). Afin de garantir les meilleurs résultats, collecter un échantillon AllerSnap après les étapes de détergent et de rinçage, mais avant toute désinfection terminale. Les résidus de produits laissés sur une surface après le nettoyage au détergent réduisent l'efficacité de la désinfection. Les essais avant la désinfection évitent le gaspillage de produits chimiques et de temps tout en garantissant une performance de test optimale dans un programme de sécurité alimentaire. Si le test avant la désinfection n'est pas possible, respecter le temps de repos adapté avant d'utiliser AllerSnap.

Conservation et durée de vie :

- Conserver entre 2 et 25 °C
- Les dispositifs ont une durée de vie de 18 mois. Consulter la date de péremption sur l'étiquette.

Élimination :

Les dispositifs AllerSnap sont fabriqués à partir de plastique recyclable à 100 % et peuvent être éliminés en conséquence.

Sécurité et précautions :

- Les composants de AllerSnap ne présentent aucun risque lorsqu'ils sont utilisés conformément aux pratiques et procédures standard de laboratoire contenues dans cette notice.
- Pour plus d'informations en matière de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

Responsabilité d'Hygiena :

Hygiena n'est pas responsable vis-à-vis de l'utilisateur ou de toute autre partie pour toute perte ou détérioration découlant de manière directe, indirecte de l'utilisation de ce dispositif. Si ce produit est déclaré défectueux, la seule et unique obligation d'Hygiena sera de remplacer le produit ou, à sa propre discrétion, de rembourser au prix d'achat. Il convient de signaler à Hygiena toute découverte de défaut suspecté dans les 5 jours et de renvoyer le produit à Hygiena. Veuillez contacter le service client pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de produit.

Coordonnées :

Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter le site www.hygiena.com ou nous contacter au :

Hygiena — Amérique
Téléphone : 1.805.388.8007
Fax : 1.805.388.5531
E-mail : info@hygiena.com

Hygiena — International
Téléphone : +44 (0)1923 818821
Fax : +44 (0)1923 818825
E-mail : enquiries@hygiena.com

AllerSnap

Test rapido per la rilevazione di residui proteici
N. di catalogo: ALS-100 (100 test)



Descrizione/Uso previsto:

AllerSnap è un test rapido ad alta sensibilità e di pronto uso per la rilevazione dei residui proteici presenti sulle superfici dopo la pulizia. Se in un campione sono presenti proteine, AllerSnap virerà dal verde al viola. Maggiore è la quantità di proteine nel campione raccolto, più rapido e di tonalità più scura sarà il viraggio di colore. AllerSnap è progettato per verificare rapidamente lo stato di pulizia di una superficie.

AllerSnap è in grado di rilevare anche altre sostanze riducenti, come zuccheri semplici, tannini e acido ascorbico.

Nota: AllerSnap è progettato per rilevare quantità invisibili/tracce di residui. Sovraccaricare il tampone di materiale strofinandolo su superfici visibilmente sporche, inibisce la reazione di bioluminescenza e porta a risultati imprecisi.

Materiali richiesti:

- Incubatore impostato a 37 °C o a 55 °C
- Timer

Istruzioni:

Video formativo: www.youtube.com/HygienaTV

1. Prima dell'uso, lasciare che AllerSnap raggiunga la temperatura ambiente (21 – 25 °C). Mantenendo saldamente il tubo del tampone, torcere ed estrarre la parte superiore del tampone dal suo tubo del tampone. All'interno del tubo del tampone può esserci della condensa; ciò è normale. Al fine di ottimizzare la raccolta del campione, la punta del tampone è pre-inumidita. Su superfici piane tipiche, strofinare a fondo il tampone su un'area standard di 10 x 10 cm (4 x 4 pollici). Su superfici irregolari, effettuare lo strofinamento con una tecnica di esecuzione costante per tutti i test, conducendo il prelievo su un'area sufficientemente estesa, tale da assicurare la raccolta di un campione rappresentativo.

Suggerimenti importanti sulla tecnica di strofinamento:

- Non toccare con le dita il tampone né la parte interna del dispositivo di campionamento.
- Per ottimizzare la raccolta di campione sulla punta del tampone, ruotare il tampone durante il prelievo.
- Applicare al tampone una pressione sufficiente a fletterne lo stelo.
- Strofinare il tampone con movimento incrociato verticalmente, orizzontalmente e in entrambe le direzioni diagonali.

Fare riferimento al video formativo di esemplificazione:


www.youtube.com/HygienaTV

2. Dopo aver strofinato la superficie interessata, reinserire il tampone nel proprio tubo.
3. Per attivare il dispositivo, mantenere saldamente il tubo del tampone e utilizzare il pollice e l'indice per spezzare la Snap-Valve, piegando il bulbo in avanti e indietro. Spremere il bulbo due volte, riversandone tutto il contenuto in basso, sullo stelo del tampone.
4. Bagnare la punta del tampone nel liquido, agitando per 5 - 10 secondi.
5. Incubare a 37 °C per 30 minuti o a 55 °C per 15 minuti.
6. Trascorso il tempo indicato, confrontare il colore del reagente AllerSnap con il grafico di colorazione sull'etichetta del tubo e registrare il risultato. Fare riferimento alla sezione "Interpretazione dei risultati", qui sotto.

Interpretazione dei risultati:

Colore della soluzione AllerSnap e tempo di viraggio sono parametri indicativi dei livelli di residui proteici presenti nel campione. Confrontando il colore della soluzione con il grafico riportato sull'etichetta del tubo di AllerSnap, si può stimare il grado di pulizia della superficie in esame. Se il viraggio al viola si verifica prima del termine del tempo previsto di test, non occorre protrarre ulteriormente l'incubazione.

- Verde = Test superato (negativo). Superficie pulita, nessuna ulteriore azione richiesta.
- Grigio = Attenzione. Rilevate piccole quantità di residui; ritestare, sciacquare o pulire di nuovo, secondo protocollo.
- Viola = Test non superato (positivo). Pulire di nuovo e ritestare.



Attenzione:

L'interpretazione dei risultati richiede particolare attenzione per livelli di contaminazione proteica molto bassi, quando l'intensità del colore è debole (grigio). Il colore di background di AllerSnap si sviluppa più rapidamente a 55 °C e potrebbe essere interpretato come positività alle proteine; pertanto, fare attenzione in fase di interpretazione. Le tonalità di verde-grigio o qualsiasi sfumatura di verde devono essere considerati come negatività alle proteine, "Test superato". È inoltre possibile utilizzare come riferimento un controllo negativo (test attivato in assenza campione, incubato per lo stesso tempo e alla stessa temperatura del test con campione).

Sensibilità:

- 37 °C per 30 minuti = 3 µg di proteine
- 55 °C per 15 minuti = 3 µg di proteine

Informazioni sugli agenti igienizzanti:

A concentrazioni normali, i comuni agenti igienizzanti non interferiscono con il test né causano falsi positivi. Ad alte concentrazioni, gli agenti igienizzanti alcalini possono talvolta causare falsi negativi. Agenti disinfettanti a base di perossido possono causare una reazione di viraggio del colore falso-positivo. Pertanto, prima di testare una superficie con AllerSnap dopo averla igienizzata, è opportuno attendere un tempo appropriato. L'igienizzazione comprende solitamente due fasi, pulizia con un detergente e, a seguire e facoltativamente, una disinfezione. Per garantire i migliori risultati, raccogliere i campioni con AllerSnap dopo aver passato il detergente e aver risciacquato, ma prima di qualsiasi disinfezione terminale. I residui di prodotto rimasti su una superficie dopo la pulizia con detergente, riducono l'efficacia della disinfezione. Effettuare il test prima della disinfezione previene spreco di sostanze chimiche e perdite di tempo, e assicura prestazioni di test ottimali nei programmi di sicurezza alimentare. Se si effettua il test prima della disinfezione/igienizzazione non sarà possibile frapportare un appropriato intervallo di tempo prima di usare AllerSnap.

Conservazione e periodo di validità:

- Conservare a 2 - 25 °C
- I dispositivi si conservano per 18 mesi. Verificare la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Smaltimento:

I dispositivi AllerSnap sono realizzati in plastica riciclabile al 100% e possono essere smaltiti come tali.

Sicurezza e precauzioni:

- I componenti di AllerSnap non pongono alcun rischio per la salute, se usati conformemente alle pratiche di laboratorio standard e alle procedure delineate nel presente inserto.
- Per ulteriori indicazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

Responsabilità di Hygiena:

Hygiena non sarà responsabile nei confronti dell'utilizzatore o di altri per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso del presente dispositivo. Nel caso di dimostrata difettosità del prodotto, il solo obbligo di Hygiena sarà quello di sostituire detto prodotto o, a propria discrezione, di rimborsarne il prezzo di acquisto. Informare Hygiena entro 5 giorni dalla scoperta di un difetto sospetto e restituire il prodotto a Hygiena. Contattare il Servizio di assistenza clienti per ottenere il numero di autorizzazione al reso.

Informazioni di contatto:

In caso di necessità di maggiori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.hygiena.com, oppure contattare Hygiena:

Hygiena — Americhe

Telefono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
E-mail: info@hygiena.com

Hygiena — Internazionale

Telefono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com